INSTRUMENTS

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

DENTASEPT®

3H Rapide

INDICATIONS

Dentasept® 3H Rapide est une solution concentrée détergente désinfectante pour le traitement de l'instrumentation dentaire, avant sa stérilisation.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Formulation oléochimique – contient des agents détergents facilement biodégradables
- ✓ Dilution très économique à 2% – 1 litre de concentré = 50 litres de solution prête à l'emploi
- ✓ pH neutre – compatible avec tous types de matériaux
- ✓ Excellentes propriétés microbiologiques
- ✓ Peut être utilisé en bacs à ultrasons
- ✓ Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 10 min.
Tuberculocide : EN 14563 – 30 min.
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 10 min.
Actif sur : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus et Influenza virus H1N1 - 5 min.

COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, parfum et colorant.

CONDITIONNEMENT

Flacon doseur d'1 litre.
Bidon de 5 litres avec pompe doseuse.

Unident SA, Anios International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg - Switzerland
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: info@unident.ch
www.unident.ch

INSTRUMENTS

DENTASEPT® 3H Rapide

PROTOCOLE D'UTILISATION

Dentasept® 3H Rapide est une solution concentrée détergente désinfectante pour le traitement de l'instrumentation dentaire, avant sa stérilisation.

AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

COMMENT L'UTILISER

1. Diluer Dentasept® 3H Rapide à 2% (20ml par litre d'eau).
   Flacon d'1 litre : Remplir le doseur jusqu'à l'indicateur 20ml.
   Bidon de 5 litres : 1 pression de pompe.
2. Immerger les instruments totalement dans la solution, couvrir et laisser tremper en respectant un temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
3. Retirer les instruments de la solution et vérifier qu'il n'y ait pas de débris visible. Si nécessaire, les brosser.
4. Rincer à l'eau courante ou par immersion.
5. Sécher les instruments et les préparer à la stérilisation.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire la Fiche de Données de Sécurité pour les précautions d'utilisation relatives au produit. Selon la directive Européenne 99/45/EEC et ses adaptations, Dentasept® 3H Rapide est classé comme une préparation dangereuse.

Renouveler la solution toutes les 24 heures. Conserver entre +5°C et +35°C.

D.M.D. Groupe Anios - Pavé du Moulin - FR-59260 Lille Hellemmes.

Juin 2012 – Photo non contractuelle – 06/2012-FR-E

Unident SA, Anios International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg - Switzerland
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: info@unident.ch
www.unident.ch