

NEOSET® MIC® ENFit™

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : NA

Code LPPR* si applicable : 6136120 (Sauf Réf 202076 /202077/202078)
 *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : Association de dispositifs médicaux portant le marquage CE

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : NA

Première mise sur le marché de l'UE : 2018

Fabricant : Asept InMed



Descriptif du dispositif :
 Association de dispositifs médicaux pour le remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet.

Références Catalogue :

| Charrière | Référence | Volume de gonflement |
|-----------|-----------|----------------------|
| 12 | 202069 | 3-5 ml |
| 14 | 202070 | 3-5 ml |
| 16 | 202071 | 3-5 ml |
| 18 | 202072 | 7-10 ml |
| 20 | 202073 | 7-10 ml |
| 22 | 202074 | 7-10 ml |
| 24 | 202075 | 7-10 ml |
| 26 | 202076 | 7-10 ml |
| 28 | 202077 | 7-10 ml |
| 30 | 202078 | 7-10 ml |

Composition du kit :
 - 1 sonde de remplacement à ballonnet MIC® ENFit™

- 1 lingette hydro alcoolique
- 1 sachet de 5 compresses NT
- 1 dosette de sérum physiologique
- 1 sachet de gel hydrosoluble
- 1 seringue 10 ml
- 1 clamp

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif
Hygiène

Indications :

Gastrostomie
Hygiène
Nettoyage
Soins stomie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Stérile suivant les indications propres à chaque dispositif

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Durée de validité du produit :

Consulter l'étiquetage– la date limite d'utilisation est la plus courte des constituants du Neoset® MIC® ENFit™.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

CONTACT :

SERVICE QUALITE – qualite@aseptinmed.fr