Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01
www.aseptinmed.fr

Fiche Technique

Spray Electro conducteur ECG

NEOJELLY®ECG SPRAY

Gel ECG

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	K51FZ99
Code LPPR* si applicable : ***Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1**	NA
Classe du DM :	I
Règlement applicable :	2017/45
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	11/2012
Fabricant :	CERACARTA

Descriptif du dispositif :
Permet la réutilisation d'électrodes sans procéder à des nettoyages trop fréquents, permettant une plus grande longévité des électrodes tout en assurant une bonne hygiène.
Conductivité optimale
Nettoie et dégraisse la peau
Ne tâche pas
Ne laisse aucun dépôt sur les électrodes

Désignation du produit	Ancienne référence	Nouvelle référence	Conditionnement
Spray conducteur pour ECG flacon 250ml	250286	250977	Carton de 25 u.

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :
Matériaux : Eau, Agent humectant, Agent conducteur, Conservateur pour usage cosmétique conforme à la réglementation CEE, Solution alcoolisée.

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :
Latex : Absence
Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence
Origine animale ou biologique : Absence

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01
www.aseptinmed.fr

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :
Cardiologie

Indications :
ECG
Electrocardiogramme
Surveillance cardiaque

2 PROCEDE DE STERILISATION : Produit non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :
Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :
Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :
3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :
Appliquer sur la peau du patient et suivre les instructions d'utilisation des électrodes et de l'appareil.

AUTRES DONNEES TECHNIQUES :
Testé non irritant, non sensibilisant.
Hydro soluble.
Ne contient pas de formaldéhyde.
PH: 6.5 +/- 1.

CONTACT :
SERVICE QUALITE – qualite@aseptinmed.fr

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur