Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires - le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France
Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr/

Fiche technique

Tondeuse Chirurgicale
avec lame à usage unique Ergosafe - peau sensible

La tondeuse chirurgicale est utilisée pour la préparation cutanée du site opératoire avant l'intervention chirurgicale.

Référence(s)

DYND70800EU – Tondeuse chirurgicale et chargeur avec cordon, prise EU
DYND70800UK – Tondeuse chirurgicale et chargeur avec cordon UK
DYND70801EU – Tondeuse chirurgicale
DYND70802EU – Chargeur avec cordon, prise EU
DYND70802UK – Chargeur avec cordon, prise UK

Description

Références des accessoires pour lame	**CUB1 – Lame universelle Lame Ergosafe**	**CNB2 – Lame pour zones sensibles Lame Ergosafe**	**CCB3 – Lame pour cuir chevelu et zone à forte pilosité Lame Ergosafe**
Préconisation d'utilisation	Usage général pour la tonte - préparation cutanée	Urologie, gynécologie, obstétrique	Neurochirurgie, chirurgie thoracique
Zones	Corps	Périnée et les zones sensibles	Cuir chevelu et zone à forte pilosité
Hauteur de coupe (mm)	0,8	1,1	1,2
Largeur de coupe (mm)	31,3	20,0	36,2
Temps de charge de la tondeuse	12 heures (Électromagnétique, batterie NiMH)		
Durée d'utilisation de la tondeuse avec une batterie complètement chargée	90-120 minutes de fonctionnement continu		
Etanchéité à l'eau	Submersible dans l'eau moins d'un mètre de profondeur jusqu'à 30 minutes.		
Nettoyage/Désinfection	Laver à l'eau et au savon ou essuyer avec un désinfectant de surface Rincer à l'eau chaude ou froide puis sécher		

Stockage

Température: -10°C à + 60°C
Humidité : 10% à 100% d'humidité relative
Pression : 500hPa – 1060hPa

Matière(s)

Tondeuse : Polyoxyméthylène
Chargeur de la tondeuse : ABS
Lames : Polyoxyméthylène et acier inoxydable
Sans phtalates. Sans latex

Numéro de document : EU1-00004-F- Titre du document: FINT.441 - Technical Révision: 4

Durée de conservation: Date limite d'utilisation et période de suppor

Conditionnement	**Lames : 1 unité / blister- 50 unité / carton** **Tondeuse : 1 unité / carton**
Fabricant	**Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL Etats-Unis 60093 - EN ISO 13485**
Réglementation	**Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745 et IEC 60601-1, IPX7** **Classe du dispositif: I** *Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.*

© 2021 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.