

SET DE SUTURE N°2
SUTURE SET N°2

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Set de suture. <i>Suture set.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / <i>Medical device class Is</i> MDD 93/42/CEE
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Instruments : Acier inoxydable <i>Instruments : Stainless steel</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Quantité / Quantity	Dénomination / Denomination
1	Champ de soins 38x45cm <i>Treatment field 38x45cm</i>
5	Compresse non tissées 7,5x7,5cm <i>Non-woven swabs 7,5x7,5cm</i>
1	Pince Adson (lisse avec griffes) <i>Adson forceps (smooth with claw)</i>
1	Paire de ciseaux pointus 11cm <i>Pair of pointed scissors 11cm</i>
1	Pince porte aiguille <i>Needle holder pliers</i>
1	Blister rigide 4 compartiments <i>Rigid blister pack 4 compartments</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50007/5	Set de suture N°2 <i>Suture set N°2</i>	5 sets par boîte – 16 boîtes par carton <i>5 sets per box – 16 boxes per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		XX numéro organisme notifié / CE certification xx= notified body number
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Cannot be exposed to humidity/moisture
	Ne pas restériliser / Do not resterilize		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Marchandise à manipuler avec soin / Handling with care		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / Sterilizes by ethylene oxyde		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Date d'expiration : 5 ans
Expiration date : 5 years

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide

FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

